



CASAMED
Odontológico e hospitalar

RAZÃO SOCIAL:- CARMEN SILVIA DOS SANTOS M.E.
END. PRAÇA DR. PEDRO DORIA N° 431 – CENTRO CEP. 14.870.510- JABOTICABAL SP.
FONE (16). 3200-0210 EMAIL. Carmensilvia559@gmail.com – vendascasamed@outlook.com
CNPJ: 33.850.276/0001-18 – INSC. EST. : 391154782110 - INSC.MUNICIPAL : 124451.

PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0037/2023
PROCESSO N° 0114/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCETAS, SERINGAS E TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE GLICEMIA DURANTE 12 MESES

CARMEN SILVIA DOS SANTOS - ME	CNPJ. 33.850.276/0001-18
PRAÇA DR. PEDRO DORIA, N° 431 – CENTRO	INSCRIÇÃO EST. 391 154 782 110
JABOTICABAL SP CEP. 14.870.510 FONE. 16. 32000210	

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	V.UNITARIO	V.TOTAL	LAB.	REGISTRO ANVISA	CNPJ FABRICANTE
1	250.000	031.0511 - LANCETA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO II	R\$ 0,15	R\$ 37.500,00	BIOMASS	81671040001	6274095/0001-18
2	120.000	031.0528 - SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA CAPACIDADE DE 50UI – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO II	R\$ 0,28	R\$ 33.600,00	INJEX	101609610013	59309302/0001-99
3	250.000	031.0510 - TIRA REAGENTE COM AREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO II GLICOSÍMETRO marca/ modelo		R\$ -			
				R\$ 71.100,00			

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '1'.



CASAMED
Odontológico e hospitalar

RAZÃO SOCIAL: - CARMEN SILVIA DOS SANTOS M.E.
END. PRAÇA DR. PEDRO DORIA N° 431 – CENTRO CEP. 14.870.510- JABOTICABAL SP.
FONE (16). 3200-0210 **EMAIL.** Carmensilvia559@gmail.com – vendascasamed@outlook.com
CNPJ: 33.850.276/0001-18 – **INSC. EST. :** 391154782110 - **INSC.MUNICIPAL :** 124451.

VALOR TOTAL – SETENTA E UM MIL E CEM REAIS

DADOS BANCARIO
BANCO BRADESCO –
AGENCIA 0394-8
C.C. 16.503-4

• **DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

NOME: CARMEN SILVIA DOS SANTOS - ME
CARGO: PROPRIETARIA
CPF: 066.874.598.30
DATA NASCIMENTO: 03/11/1964
ENDEREÇO RESIDENCIAL – RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1255. AP. 1304. CONDOMINIO ABROLHOS, CENTRO.
CEP : 14.870.780 – JABOTICABAL -SP
EMAIL.: carmensilvia559@gmail.com
TELEFONE: 016- 32000210 – 16. 991848821

A licitante declara que:

- Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
- Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua proposta;
- Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- Que fornecerá em regime de comodato, caso vencedor do item 02, a quantidade estimada de 3250



CASAMED

Odontológico e hospitalar

RAZÃO SOCIAL:- CARMEN SILVIA DOS SANTOS M.E.

END. PRAÇA DR. PEDRO DORIA N° 431 – CENTRO CEP. 14.870.510- JABOTICABAL SP.

FONE (16). 3200-0210

EMAIL. Carmensilvia559@gmail.com – vendascasamed@outlook.com

CNPJ: 33.850.276/0001-18 – **INSC. EST.** : 391154782110 - **INSC.MUNICIPAL** : 124451.

(três mil duzentos e cinquenta) aparelhos medidores de glicemia (glicosímetros), de acordo com a demanda de pacientes.

e) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.

JABOTICABAL, 17 DE JULHO DE 2023


CARMEN SILVIA DOS SANTOS

RG. 17.105.754

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
CNPJ	59.309.302/0001-99
Autorização	1.01.606-1
Produto	SERINGA PARA INSULINA DESCARTAVEL COM AGULHA

Modelo Produto Médico
<p>MODELOS:</p> <p>IJ001 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico slip, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 30G 13mm x 0,30mm; IJ002 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico slip, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 30G 12,7mm x 0,30mm; IJ003 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico slip, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 30G 8mm x 0,30mm; IJ004 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico slip, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 29G 13mm x 0,33mm; IJ005 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico slip, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 29G 12,7mm x 0,33mm; IJ006 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico slip, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 28G 13mm x 0,36mm; IJ007 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico slip, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 27,5G 13mm x 0,38mm; IJ008 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico slip, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 27G 13mm x 0,40mm; IJ009 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico slip, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 26G 13mm x 0,45mm; IJ010 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico slip, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 25G 13mm x 0,50mm; IJ011 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico lock, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 30G 13mm x 0,30mm; IJ012 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico lock, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 30G 12,7mm x 0,30mm; IJ013 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico lock, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 30G 8mm x 0,30mm; IJ014 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico lock, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 29G 13mm x 0,33mm; IJ015 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico lock, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 29G 12,7mm x 0,33mm; IJ016 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico lock, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 28G 13mm x 0,36mm; IJ017 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico lock, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 27,5G 13mm x 0,38mm; IJ018 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico lock, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 27G 13mm x 0,40mm; IJ019 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico lock, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 26G 13mm x 0,45mm; IJ020 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, bico lock, 1ml (100UI), com agulha acoplada calibre 25G 13mm x 0,50mm; IJ021 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, 1ml (100UI), com agulha fixa 6mm x 0,25mm (31G x 6mm); IJ022 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, 1ml (100UI), com agulha fixa 8mm x 0,30mm (30G x 8mm); IJ023 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, 1ml (100UI), com agulha fixa 12,7mm x 0,33mm (29G x 12,7mm); IJ024 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, 0,5ml (50UI), com agulha fixa 6mm x 0,25mm (31G x 6mm); IJ025 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, 0,5ml (50UI), com agulha fixa 8mm x 0,30mm (30G x 8mm); IJ026 = Seringa para insulina U100, Estéril de Uso Único, 0,5ml (50UI), com agulha fixa 12,7mm x 0,33mm (29G x 12,7mm).</p>

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso 10160610013.pdf	3839906211 - 29/09/2021 08:40:03

Nome Técnico	Seringas Descartáveis
Registro	10160610013
Processo	25351624107200773
Fabricante Legal	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



Lanceta Biomass

Documento n FTP - 0002

Revisão n 01

Data: 01 set 2019

Pág: 1 de 2

1. Características

As lancetas Biomass são confeccionadas em ABS na base e tampa, a agulha é em aço cirúrgico inoxidável 304 com a ponta tri facetada e afiada. Possui espessura ultrafina para punção indolor, uma penetração consistente. Estéril e de uso único. Formato universal, adaptando-se à grande maioria dos lanceadores do mercado.

2. modelos / dimensão

	AGULHA			CORPO BASE		
	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	COR
21G	0.80MM	23.5MM	3.25MM	3.2CM	0.5CM	amarelo
23G	0.60MM	23.5MM	3.25MM	3.2CM	0.5CM	Azul C.
26G	0.45MM	23.5MM	3.25MM	3.2CM	0.5CM	Rosa
32G	0.25MM	23.5MM	3.25MM	3.2CM	0.5CM	Marfim

** Profundidade da agulha de 0.05mm a 3.25mm de acordo o ajuste do

SAC 17 3201.4888

www.biomass.com.br

Lanceta Biomass



BIOMASS BRASIL®

3. Registro MS Anvisa

81671040001

4. Apresentação Comercial

Caixa com 100 unidades

5. Processo de Esterilização

As lancetas são esterilizadas através de tratamento por radiação gama.

6. Indicação

As lancetas Biomass são dispositivos estéreis, apirogênicos e não tóxicos de uso único indicados para obter amostras de sangue capilar ponta do dedo, calcanhar ou lóbulo da orelha para realizar testes em laboratório clínico, unidades de saúde ou domicílio no caso de autotestes.

7. Precauções, advertências e efeitos

Não permite reutilização.
Não utilize caso a embalagem esteja danificada ou tenha expirado o prazo de validade.
Utilizar técnicas de assépticas antes do procedimento.
Descartar em locais apropriados, conforme a legislação vigente da vigilância sanitária local.
Atentar a pacientes que possuam distúrbios de coagulação.

8. Condições de armazenamento e manipulação

Deve ser armazenado em sua embalagem original.
Armazenar em local seco, limpo e livre de raios solares e vapores químicos.
Armazenar em temperatura adequada.

9. Validade

5 anos

SAC 17 3201.4888

www.biomass.com.br

Farmacêutica Responsável: Kelly Christine Berto - CRF/SP n: 31171



BIOMASS BRASIL®