

Prefeitura do Município de Américo Brasiliense

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 0039/2023
PROCESSO N. 0120/2023

ATA DE SESSÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA AS SALAS DE EMERGÊNCIA 1 E 2 DA UNIDADE HOSPITALAR JOSÉ NIGRO NETO.

No dia 03/08/2023, às 9h30, reuniram-se no(a) Av. Eugênio Voltarel, nº 25 - Centro, Américo Brasiliense - SP, o pregoeiro, Senhor(a) DANIEL SPOLAOR, e a Equipe de Apoio, Senhores(as) Juliana P. Santilli, Guilherme Rodrigues e Jéssica Patla de Araújo Sanchez, designados a atuar nos autos do processo nº. 0120/2023, para a sessão pública do Pregão Presencial em epígrafe.

Empresas credenciadas:

1) PROPONENTE: ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 08.091.417/0001-19

2) PROPONENTE: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 07.626.776/0001-60

3) PROPONENTE: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 11.405.384/0001-49

4) PROPONENTE: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 24.864.422/0001-73

O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio procedeu o recolhimento dos envelopes “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”, realizou o credenciamento e em seguida abriu os envelopes propostas procedendo o lançamento dos valores conforme “MAPA DE PREÇOS” anexo.

Após análise das propostas, os representantes presentes apresentaram apontamentos às propostas concorrentes de não atendimento ao descritivo técnico exigido no Anexo II – Termo de Referência do Edital, conforme segue:

1) Apontamentos feitos pelo representante da CIRÚRGICA SÃO FELIPE:

“ALFAMED – VITA 500E

- NÃO ATENDE NAS 1400 MEDIDAS DE PNI
- NÃO POSSUI TELA DE MINI TENDÊNCIAS

RIBERTEC – UMEC 10

- EDITAL PEDE MONITOR PARA PACIENTES ADULTO PEDIATRICO E NEO NATAL E RESPIRAÇÃO DE 0 A 150 , OU SEJA, PARA TODOS OS PACIENTES , O MODELO UMEC 10 TRAZ PARA ADULTO DE 0 A 120, OU SEJA, NÃO ATENDE AO EDITAL NA RESP.
- EDITAL PEDE NA SPO2 (FP) DE 30 A 300, o UMEC 10 SO FAZ DE 20 A 254, NÃO ATENDE.
- NÃO POSSUI CONEXÃO LEITO A LEITO SEM NECESSIDADE DE CENTRAL



Prefeitura do Município de Américo Brasiliense

PARANAMED - CEC IMPORTAÇÕES

INICIALMENTE A PARANAMED OU CEC IMPORTAÇÕES ESTÁ DECLARANDO QUE É EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE), EM ANEXO SEGUE O BALANÇO DA MESMA ONDE PODEMOS VERIFICAR QUE A SUA RECEITA BRUTA EM 2022 FOI DE R\$ 8.937.343.01 PAGINA 6 DO BALANÇO, OU SEJA, A EMPRESA ESTÁ DECLARANDO EM FALSO SER EPP, PRECISA SER DESCLASSIFICADO. CASO TENHA DUVIDA QUANTO AO ANEXO, PELO QUE SOLICITEM DILIGÊNCIA A EMPRESA PEDINDO QUE ENVIE O VOSSO BALANÇO.

- QUANTO AO MONITOR K-12 MARCA LEPU COM REGISTRO ANVISA Nº 80102512875 O MESMO NÃO POSSUI
- CONEXÃO LEITO A LEITO SEM NECESSIDADE DE CENTRAL DE MONITORAMENTO,
- NÃO POSSUI MEDIÇÃO DO QTC;
- TAMBÉM NÃO ATENDE NAS MEDIDAS DE PNI

Gostaríamos ainda de Frisar que o monitor Creative K12 com registro nº 80901110026 ofertado pela Cirúrgica São Felipe, não é o mesmo equipamento ofertado pela empresa Paranamed – CeC comercio, observem que são registros na Anvisa diferentes. Os monitores Creative K12 com registro nº 80901110026 são produzidos exclusivamente para o importador Cirúrgica São Felipe, dentro das especificações contidas em seu manual. Fazemos esse alerta para que cada equipamento seja analisado com o seu devido manual da Anvisa, baixado com o devido número de registro apresentado em proposta.”

2) Apontamentos feitos pela representante da empresa ALFAMED:

“A empresa Alfamed, aponta o não atendimento ao solicitado no edital, pelo modelo ofertado nas propostas conforme segue abaixo:

1) *Empresa Paranamed com o modelo K12 Não atende ao edital:*

A- *No edital pede expansão do armazenamento através de pen drive via porta usb, na página 21 do Manual o k12 só permite expansão via cartão de memória.*

B- *Editais pede saída VGA, no K12 a saída vga é opcional. Página 15 do manual.*

2) *A empresa Cirurgica São Felipe com o modelo K12 não atende ao edital:*


A- *O edital pede monitor com peso inferior a 4 Kg, e de acordo com a página 191 do manual, o peso do equipamento pode variar entre 3,5 kg e 6 KG, tornando impossível afirmar que o peso fica abaixo de 4 KG.*

B- *No edital pede expansão do armazenamento através de pen drive via porta usb, na página 21 do Manual o k12 só permite expansão via cartão de memória.*

3) *A empresa Ribertec com o modelo UMEC 10 não atende ao edital :*

A) *UMEC 10 não atende a possibilidade de expansão de armazenamentos de dados através de USB.*

B) *o edital ainda solicita faixa de Frequência de pulso de 30 a 300 bpm no parâmetro de SPO2 e de acordo com a página 242 do manual, não atende a faixa de FP. Podemos comprovar nesta página que o equipamento ofertado apresenta Intervalo de frequência de pulso no modo SPO2 de 20 a 254 bpm , ou seja não atende ao solicitado .*



Prefeitura do Município de Américo Brasiliense

Todas as empresas acima possuem equipamentos que atenderiam integralmente ao solicitado no edital, porém entraram com os modelos mais baratos para que fossem comprado o mais barato e não o que foi solicitado no edital.”

3) Apontamentos feitos pela representante da ZAFALON:

*“A empresa **Paranamed não atende** na especificação inserida no edital nos seguintes pontos com o modelo **K12**:*

- Limites de pressão não invasiva “Sistólica adulto 25 a 280 mmHg; Sistólica pediátrico 25 a 240 mmHg; Sistólica neonato 25 a 140 mmHg; Diastólica adulto 10 a 250 mmHg, Diastólica pediátrico 10 a 200 mmHg, Diastólica neonato 10 a 115 mmHg. Resolução da medida da Pressão: 1 mmHg;” **pg.176 do PDF do manual apresentado***
- Deve permitir interconexão, via rede local, a outros monitores, no mínimo 10, permitindo a visualização de outros leitos no próprio monitor (Leito-a-Leito), sem necessidade de Central de Monitorização; **não consta no manual;***

*A empresa **Cirurgica São Felipe também com o modelo K12** não atende as exigências técnicas nos pontos (leito a leito e limites de PNI), com o manual da ANVISA do mês de junho.*

Na data de ontem, vimos que há um novo manual, mas que ainda não possui o diário oficial com o deferimento da ANVISA referente ao protocolo com as alterações e, desta forma, não podemos considerá-lo, conforme instruído pela RDC 751 de 2022, a qual informa que as alterações somente poderão ser divulgadas ao mercado após a publicação da referida alteração no diário oficial e portal eletrônico da ANVISA. Observamos também, que há dois manuais com a mesma versão e data. Temos os dois manuais um com 207 páginas, (não constando a informação leito a leito com data de junho) e no manual publicado ontem com 214 páginas (onde inseriram este recurso na página 62 do PDF), mas que não há a oficialização e deferimento da ANVISA. Portanto, peço que seja considerado o manual anexo para a averiguação técnica do equipamento.

*A empresa **Alfamed com o modelo VITA500e** não atende na especificação no seguinte ponto solicitado no edital:*


- “armazenamento de, pelo menos, 1400 medidas de PNI”. Como consta na página 207 e 259 do PDF, fica evidenciado que fazem apenas 1200 medidas.*
- Além disso, a empresa não realiza a função leito a leito com pelo menos 10 leitos como solicitado.”*

Os apontamentos supracitados foram recebidos via e-mail licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br, os quais serão encaminhados ao Departamento de Saúde na íntegra, com seus respectivos anexos para análise e parecer técnico, o qual será utilizado pelo pregoeiro como razão de decidir sobre a classificação/desclassificação das propostas apresentadas, decisão essa, passível de recurso, que deverá ser manifestado na Ata Final de Sessão.

O retorno da sessão para disputa dos lances será designado após análise e parecer do Departamento Municipal de Saúde, o qual será notificado aos participantes via e-mail, publicação no site do município e no Diário Oficial do Município, <https://diarioamericobrasiliense.kingpage5.com.br/>.


Essa ata será postada no site www.americobrasiliense.sp.gov.br e enviada por e-mail aos participantes.


Américo Brasiliense, em 03 de agosto de 2023.




Prefeitura do Município de Américo Brasiliense


PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO


Daniel Spolaor



Juliana P. Santilli



Guilherme Rodrigues

Jéssica Patla de Araújo Sanchez

ASSINATURA: 
PROPONENTE: ZAFALÓN SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 08.091.417/0001-19
REPRESENTANTE: MAYTE ASSUNÇÃO RIBEIRO

ASSINATURA: 
PROPONENTE: CIRÚRGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 07.626.776/0001-60
REPRESENTANTE: BRUNO CORREIA CATANZARO

ASSINATURA: 
PROPONENTE: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 11.405.384/0001-49
REPRESENTANTE: ALESSANDRA NUNES MAZER

ASSINATURA: 
PROPONENTE: C E C IMP. E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 24.864.422/0001-73
REPRESENTANTE: ALESSANDRO DOMINGUES GONÇALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

MAPA DE PREÇOS

Licitação: 00039/2023 - Processo: 00120/2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONCORRENTES							
			ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA		ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD	
1	1110439	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM ECG/ RESP/ TEMP/ SPO2/ NIBP, TELA CRISTAL LIQUIDO COLORIDO E USB	MARCA	MINDRAY/ UMEC 10	MARCA	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTDA/ K12/ 80901110026	MARCA	VITA 500 E/ ALFA MED	MARCA	LEPU/K12
			VL. UNI.	7.200,0000			VL. UNI.	6.962,0000	VL. UNI.	5.900,0000
			VL. TOTAL	28.800,0000			VL. TOTAL	27.848,0000	VL. TOTAL	23.600,0000
						VL. UNI.	6.680,0000			
						VL. TOTAL	26.720,0000			

Américo Brasiliense, 03 de Agosto de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

MAPA DE PREÇOS

Licitação: 00039/2023 - Processo: 00120/2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

LISTAGEM DOS PROPONENTES

CPNJ/CPF	NOME
08.091.417/0001-19	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
24.864.422/0001-73	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA