

De: alessandra@novamedhospitalar.com.br
Enviado em: quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:42
Para: licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br
Cc: comercial2@novamedhospitalar.com.br
Assunto: Pontos de não atendimento PP 39/2023

Prioridade: Alta

Prezado pregoeiro bom dia !!!

A empresa Alfamed, aponta o não atendimento ao solicitado no edital, pelo modelo ofertado nas proposta conforme segue abaixo:

1) **Empresa Paranamed com o modelo K12 Não atende ao edital:**

A- No edital pede expansão do armazenamento através de pen drive via porta usb, na página 21 do Manual o k12 só permite expansão via cartão de memória.

B- Edital pede saída VGA, no K12 a saída vga é opcional. Página 15 do manual.

2) **A empresa Cirurgica São Felipe com o modelo K12 não atende ao edital:**

A- O edital pede monitor com peso inferior a 4 Kg, e de acordo com a página 191 do manual, o peso do equipamento pode variar entre 3,5 kg e 6 KG, tornando impossível afirmar que o peso fica abaixo de 4 KG.

B- No edital pede expansão do armazenamento através de pen drive via porta usb, na página 21 do Manual o k12 só permite expansão via cartão de memória.

3) **A empresa Ribertec com o modelo UMEC 10 não atende ao edital :**

A) UMEC 10 não atende a possibilidade de expansão de armazenamentos de dados através de USB.

B) o edital ainda solicita faixa de Frequência de pulso de 30 a 300 bpm **no parâmetro de SPO2 e** de acordo com a pagina 242 do manual, não atende a faixa de FP. Podemos comprovar nesta página que o equipamento ofertado apresenta Intervalo de frequência de pulso no modo SPO2 de 20 a 254 bpm , ou seja não atende ao solicitado .

Todas as empresas acima possuem equipamentos que atenderiam integralmente ao solicitado no edital, porém entraram com os modelos mais baratos para que fossem comprado o mais barato e não o que foi solicitado no edital.

Desde já agradeço a oportunidade de participação e me coloco a disposição para quaisquer esclarecimento.

Att.

Novamed Hospitalar

Alessandra Nunes Mazer

Gestora Comercial

16-3235-1430 16-3235-1453

16-981279235

Rua: Barão do Amazonas, 1648

Cep: 14025-110 Jd. Sumaré

Alessandra@novamedhospitalar.com.br

www.novamedhospitalar.com.br

