

**De:** alessandra@novamedhospitalar.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:57  
**Para:** licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br  
**Cc:** comercial2@novamedhospitalar.com.br  
**Assunto:** RES: Pontos de não atendimento PP 39/2023  
**Anexos:** UMEC 10 12 15.PDF; Manual do Usuário VITA 500 e VITA 600 (1).pdf; Monitor K12.PDF

**Prioridade:** Alta

Bom dia !

Para facilitar as comprovações segue manual da Ribertec do modelo UMEC 10 em anexo , para atender ao edital plenamente a empresa deveria ter ofertado para a Instituição o modelo ePM 10 .

Para conferir as informações basta ir no capítulo de Especificações Técnicas de todas as empresa.

Obs: Estou enviando também o manual do equipamento ofertado pela Alfamed **modelo Vita 500e** para que possam comprovar o atendimento integral de tudo que foi solicitado em vosso edital e caso fiquem com alguma dúvida me coloco a disposição.

Att.

### **Novamed Hospitalar**

Alessandra Nunes Mazer

Gestora Comercial

16-3235-1430 16-3235-1453

16-981279235

Rua: Barão do Amazonas, 1648

Cep: 14025-110 Jd. Sumaré

[Alessandra@novamedhospitalar.com.br](mailto:Alessandra@novamedhospitalar.com.br)

[www.novamedhospitalar.com.br](http://www.novamedhospitalar.com.br)



---

**De:** alessandra@novamedhospitalar.com.br [mailto:alessandra@novamedhospitalar.com.br]

**Enviada em:** quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:42

**Para:** 'licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br'

**Cc:** 'comercial2@novamedhospitalar.com.br'

**Assunto:** Pontos de não atendimento PP 39/2023

**Prioridade:** Alta

Prezado pregoeiro bom dia !!!

A empresa Alfamed, aponta o não atendimento ao solicitado no edital, pelo modelo ofertado nas propostas conforme segue abaixo:

- 1) **Empresa Paranamed com o modelo K12 Não atende ao edital:**
  - A- No edital pede expansão do armazenamento através de pen drive via porta usb, na página 21 do Manual o k12 só permite expansão via cartão de memória.
  - B- Edital pede saída VGA, no K12 a saída vga é opcional. Página 15 do manual.
- 2) **A empresa Cirurgica São Felipe com o modelo K12 não atende ao edital:**
  - A- O edital pede monitor com peso inferior a 4 Kg, e de acordo com a página 191 do manual, o peso do equipamento pode variar entre 3,5 kg e 6 KG, tornando impossível afirmar que o peso fica abaixo de 4 KG.
  - B- No edital pede expansão do armazenamento através de pen drive via porta usb, na página 21 do Manual o k12 só permite expansão via cartão de memória.
- 3) A empresa Ribertec com o modelo UMEC 10 não atende ao edital :
  - A) UMEC 10 não atende a possibilidade de expansão de armazenamentos de dados através de USB.
  - B) o edital ainda solicita faixa de Frequência de pulso de 30 a 300 bpm **no parâmetro de SPO2 e** de acordo com a página 242 do manual, não atende a faixa de FP. Podemos comprovar nesta página que o equipamento ofertado apresenta Intervalo de frequência de pulso no modo SPO2 de 20 a 254 bpm , ou seja não atende ao solicitado .

Todas as empresas acima possuem equipamentos que atenderiam integralmente ao solicitado no edital, porém entraram com os modelos mais baratos para que fossem comprados o mais barato e não o que foi solicitado no edital.

Desde já agradeço a oportunidade de participação e me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att.

## **Novamed Hospitalar**

Alessandra Nunes Mazer

Gestora Comercial

16-3235-1430 16-3235-1453

16-981279235

Rua: Barão do Amazonas, 1648

Cep: 14025-110 Jd. Sumaré

[Alessandra@novamedhospitalar.com.br](mailto:Alessandra@novamedhospitalar.com.br)

[www.novamedhospitalar.com.br](http://www.novamedhospitalar.com.br)

