

Ribeirão Preto/SP, 03 de Agosto de 2023.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2023  
PROCESSO Nº 120/2023  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA AS SALAS DE EMERGÊNCIA 1 E 2 DA UNIDADE HOSPITALAR JOSÉ NIGRO NETO  
DATA: 03/08/2023 ÀS 09:30

Vimos por meio deste apontar que as empresas abaixo não atendem ao ITEM 1 do edital:

A empresa **Paranamed** não atende na especificação inserida no edital nos seguintes pontos com o modelo **K12**:

- Limites de pressão não invasiva “Sistólica adulto 25 a 280 mmHg; Sistólica pediátrico 25 a 240 mmHg; Sistólica neonato 25 a 140 mmHg; Diastólica adulto 10 a 250 mmHg, Diastólica pediátrico 10 a 200 mmHg, Diastólica neonato 10 a 115 mmHg. Resolução da medida da Pressão: 1 mmHg;” **pg.176 do PDF do manual apresentado**
- Deve permitir interconexão, via rede local, a outros monitores, no mínimo 10, permitindo a visualização de outros leitos no próprio monitor (Leito-a-Leito), sem necessidade de Central de Monitorização; **não consta no manual;**

A empresa **Cirurgica São Felipe** também com o modelo **K12** não atende as exigências técnicas nos pontos (leito a leito e limites de PNI), com o manual da ANVISA do mês de junho.

Na data de ontem, vimos que há um novo manual, mas que ainda não possui o diário oficial com o deferimento da ANVISA referente ao protocolo com as alterações e, desta forma, não podemos considerá-lo, conforme instruído pela RDC 751 de 2022, a qual informa que as alterações somente poderão ser divulgadas ao mercado após a publicação da referida alteração no diário oficial e portal eletrônico da ANVISA. Observamos também, que há dois manuais com a mesma versão e data. Temos os dois manuais um com 207 páginas, (não constando a informação leito a leito com data de junho) e no manual publicado ontem com 214 páginas (onde inseriram este recurso na página 62 do PDF), mas que não há a oficialização e deferimento da ANVISA. Portanto, peço que seja considerado o manual anexo para a averiguação técnica do equipamento.

Abaixo, comprovação de que o manual inserido ontem na ANVISA ainda não foi autorizado:

## Histórico Situação



Situação	Data Inicio	Data Fim	Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)
Aditado ao processo	02/08/2023		
Distribuido para a área responsável	02/08/2023	02/08/2023	

Fechar

A empresa **Alfamed** com o modelo **VITA500e** não atende na especificação no seguinte ponto solicitado no edital:

- “ armazenamento de, pelo menos, 1400 medidas de PNI”. Como consta na página 207 e 259 do PDF, fica evidenciado que fazem apenas 1200 medidas.
- Além disso, a empresa não realiza a função leito a leito com pelo menos 10 leitos como solicitado.